

入札仕様書

この仕様書は、平和浄化センターのオートクレーブ購入に適用するもので、納入物品は下記に定める仕様とする。

1 目的

平和浄化センターのオートクレーブの購入及び搬入を行うものとする。

2 購入物品の仕様

- (1) 品名 ラボ用オートクレーブ
- (2) 台数 1台

3 購入物品の類似品または同等品

購入予定の物品は本仕様書記載のものもしくは同等品以上も可能とする。ただし、同等品以上を申請する場合は、一般競争入札期間内に参加申請期間内に質問書(指定様式)にカタログを添えて事前に審査、承認を得ること。承認を得ていない同等品の入札は無効とする。

4 その他

- (1) 納入に際しては、事前に担当課と打合せをすること。
- (2) この仕様書に定められていない事項については、担当課と協議の上、その指示に従うこと。
- (3) 以下の内容に準拠したオートクレーブであること

品名	ラボ用オートクレーブ
方式	自動高压蒸気滅菌
使用温度範囲	105 ~ 128°C
最高使用圧力	0.2MPa
内装	ステンレス鋼板
ヒータ	1.7kW
温度制御方式	P. I. D 制御
安全装置	自己診断機能 (センサ異常、SSR 短絡、ヒータ断線、メインリレー不良、空焚き)、安全弁、漏電ブレーカ 付
有効内容積	32L ~ 47L
電源	AC100V (50Hz)
小型圧力容器構造規格	検定合格品、設置届不要のもの
その他	